

EG - Konformitätserklärung EC - Declaration of Conformity

Wir / We **Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG**

Anschrift **Unter dem Hofe 10**
Address **58099 Hagen**
Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declare under our sole responsibility, that the product:

E4 Wired-Line:
E4 Conti-Lab, E4 Celox-Lab Foundry, E4 AlZin-Lab, E4 ConCelox-Cu, E4 xx 19"

mit den Anforderungen der Normen / fulfils the requirements of the standard

EMV Richtlinie / EMC Directive	2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive	2014/35/EU
RoHS 2 Richtlinie / RoHS 2 Directive	2011/65/EU

und den zugehörigen Prüfberichten übereinstimmt und somit den Bestimmungen entspricht.
and the taken test reports and therefore corresponds to the regulations of the directive.

Die folgenden Praxisnormen wurden zur Beurteilung herangezogen:
The following harmonised standards were used for the judgement of the product:

EMV Richtlinie / EMC Directive: (Elektromagnetische Verträglichkeit / electromagnetic compatibility)
EN 61326-1:2013-07 (Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen)
Störfestigkeit / Immunity (EMS) **EN 61000-6-2:2005**

EN 61000-4-2:2009-12	ESD 4 kV / 8 kV
EN 61000-4-3:2011-04	HF immunity 10V/m, 80 MHz - 6 GHz
EN 61000-4-4:2013-04	Burst 1kV Datacables, 2kV AC
EN 61000-4-5:2015-03	Surge, 2kV
EN 61000-4-6:2014-08	HF 10V, 0.15 - 80 MHz
EN 61000-4-11:2005-02	Voltage dips, 30%/0.5s, 60%/5s

Störaussendung / Emissions (EMI) **EN 61000-6-4:2007**

EN 55016-2-1:2014-12	Conducted disturbance measurements
EN 55016-2-3:2014-11	Radiated disturbance measurements
EN 55022:2011-12	Conducted emission, radio disturbance characteristics
EN 61000-3-2:2015-03	Conducted emission, harmonics current
EN 61000-3-3:2014-03	Conducted émission, voltage fluctuations & flicker

Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive:

EN 61010-1:2011-07 Sicherheitsbestimmungen / Safety requirements

Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden / A complete technical documentation is available

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Hagen 03. July 2017

Name und Funktion des Befugten
Name and function of authorised person

Gisbert Schockenhoff, Quality Manager

Unterschrift
signature


